

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Sarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.04.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹		0,007
6,25 U.ml ⁻¹		0,301
12,5 U.ml ⁻¹		0,584
25 U.ml ⁻¹		0,976
50 U.ml ⁻¹		1,468
100 U.ml ⁻¹		1,844

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky		Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna		< 14	0,207	4,32
pozitívna		25 - 60	1,276	38,16

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D221021SK

