

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Sarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.10.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,023
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,187
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,322
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,583
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,015
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,624

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,096	2,09
pozitívna 	20 - 50	0,915	34,83

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

