

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.10.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹ 	0,005
5	U.ml ⁻¹ 	0,337
10	U.ml ⁻¹ 	0,577
20	U.ml ⁻¹ 	0,862
40	U.ml ⁻¹ 	1,196
80	U.ml ⁻¹ 	1,446

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,197	2,60
pozitívna 	20 - 50	1,045	29,18

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131