

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Sarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.07.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,040
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,266
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,475
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,811
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,148
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,546

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky		Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	CONTROL-	< 9	0,091	1,38
pozitívna	CONTROL+	20 - 50	0,967	27,39

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L221021CK

