

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.07.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,040	0,007
5	U.ml ⁻¹ 	0,266	0,311
10	U.ml ⁻¹ 	0,475	0,573
20	U.ml ⁻¹ 	0,811	0,884
40	U.ml ⁻¹ 	1,148	1,191
80	U.ml ⁻¹ 	1,546	1,466

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,091	1,38
pozitívna 	20 - 50	0,967	27,39

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,128	1,93
pozitívna 	20 - 50	1,093	31,82

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131