

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	10 10 25
Dátum výroby		27.10.2025
Dátum expirácie		27.07.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,007	
5	U.ml ⁻¹ 	0,311	
10	U.ml ⁻¹ 	0,573	
20	U.ml ⁻¹ 	0,884	
40	U.ml ⁻¹ 	1,191	
80	U.ml ⁻¹ 	1,466	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,128	1,93
pozitívna 	20 - 50	1,093	31,82

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.10.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L221021TK

