

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A **semikvantitatívna**

Katalógové číslo	REF	E-244 SE
Šarža	LOT	11 11 25
Dátum výroby		24.11.2025
Dátum expirácie		24.08.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,037
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,682
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,511

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.32 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.11.2025

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

