

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Sarža	LOT	12 12 25
Dátum výroby		19.12.2025
Dátum expirácie		19.06.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹		0,009
6,25 U.ml ⁻¹		0,263
12,5 U.ml ⁻¹		0,486
25 U.ml ⁻¹		0,849
50 U.ml ⁻¹		1,255
100 U.ml ⁻¹		1,622

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky		Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna		< 17	0,406	10,17
pozitívna		25 - 60	1,083	37,06

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D230509SM

