

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	12 12 25
Dátum výroby		19.12.2025
Dátum expirácie		19.09.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,390
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,658
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,972
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,246
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,548

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,118	1,10
pozitívna 	20 - 50	1,208	36,25

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L230509TM

