

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-491
Šarža	LOT	12 12 25
Dátum výroby		19.12.2025
Dátum expirácie		19.09.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,101
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,680
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,430

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2025

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



AD230509AM

