

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-II-G

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-411      |
| Sarža            | LOT                                                                               | 01 01 26   |
| Dátum výroby     |  | 23.01.2026 |
| Dátum expirácie  |  | 23.07.2026 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy               |                                                                                     | protilátky anti IgG                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                         |                                                                                     | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>    |   | 0,006                              |
| 6,25 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,208                              |
| 12,5 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,378                              |
| 25 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 0,705                              |
| 50 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 1,103                              |
| 100 U.ml <sup>-1</sup>  |  | 1,450                              |

#### Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky |                                                                                     | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna        |  | < 17                                   | 0,334                        | 10,92                               |
| pozitívna        |  | 25 - 60                                | 0,959                        | 38,72                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D200505SA

