

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Sarža	LOT	01 01 26
Dátum výroby		23.01.2026
Dátum expirácie		23.10.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,009	0,006
6,25	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,222	0,344
12,5	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,396	0,572
25	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,696	0,962
50	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,117	1,314
100	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,611	1,593

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,022	0,39
pozitívna 	20 - 50	0,812	30,79

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,109	1,24
pozitívna 	20 - 50	1,114	32,74

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131