

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-KAZEÍN-II-G

Katalógové číslo	REF	E-451
Šarža	LOT	01 01 26
Dátum výroby		23.01.2026
Dátum expirácie		23.10.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,091
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,674
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,239

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 9, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Q200505WA

