

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Sarža	LOT	02 02 26
Dátum výroby		23.02.2026
Dátum expirácie		23.11.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,065	
5	U.ml ⁻¹ 	0,234	
10	U.ml ⁻¹ 	0,432	
20	U.ml ⁻¹ 	0,700	
40	U.ml ⁻¹ 	1,121	
80	U.ml ⁻¹ 	1,571	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,107	2,18
pozitívna 	20 - 50	1,007	33,74

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L200813CB

