

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-351
Sarža	LOT	02 02 26
Dátum výroby		23.02.2026
Dátum expirácie		23.02.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	CAL 1	0,007
6,25 U.ml ⁻¹	CAL 2	0,391
12,5 U.ml ⁻¹	CAL 3	0,690
25 U.ml ⁻¹	CAL 4	1,058
50 U.ml ⁻¹	CAL 5	1,418
100 U.ml ⁻¹	CAL 6	1,818

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna CONTROL-	< 8	0,179	2,51
pozitívna CONTROL+	20 - 50	1,278	38,20

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a Zákona SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

T200813CB

