

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-352
Sarža	LOT	02 02 26
Dátum výroby		23.02.2026
Dátum expirácie		23.02.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,023
6,25 U.ml ⁻¹		0,827
12,5 U.ml ⁻¹		1,158
25 U.ml ⁻¹		1,486
50 U.ml ⁻¹		1,688
100 U.ml ⁻¹		1,799

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 12	0,626	3,61
pozitívna 	30 - 60	1,653	42,57

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a Zákona SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.02.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



R200813AB

