



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Sarža	LOT	03 03 26
Dátum výroby		23.03.2026
Dátum expirácie		23.09.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,247
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,539
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,932
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,371
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,638

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,347	8,30
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,261	41,46

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D201121SC

