



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	03 03 26
Dátum výroby		23.03.2026
Dátum expirácie		23.09.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,247	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,539	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,932	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,371	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,638	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,347	8,30
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,261	41,46

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D201121SC

