



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	03 03 26
Dátum výroby		23.03.2026
Dátum expirácie		23.12.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,005
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,410
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,696
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,166
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,586
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,820

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 9	0,113	1,13
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	20 - 50	1,324	31,38

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 K O Š I C E (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O201121YC

