



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	03 03 26
Dátum výroby		23.03.2026
Dátum expirácie		23.12.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 1	0,007		0,005	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 2	0,239		0,410	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 3	0,453		0,696	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 4	0,764		1,166	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 5	1,263		1,586	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 6	1,669		1,820	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,025	0,60
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,011	35,99

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,113	1,13
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,324	31,38

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:

  
**BIOGEMA**  
 výrobné družstvo, Košice  
 Garbiarska 2  
 040 01 KOŠICE ☎  
 tel.: 055/633 6753, 622 8131

