

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-A

Katalógové číslo	REF	E-280
Šarža	LOT	03 03 26
Dátum výroby		23.03.2026
Dátum expirácie		23.12.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,057
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,688
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,860

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 27, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.03.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131