



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.10.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,010
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,271
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,461
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,824
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,196
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,626

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,222	4,76
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,149	45,74

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D210229SD

