



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.04.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,021		0,007	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,157		0,324	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,280		0,558	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,520		0,878	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	0,940		1,294	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,577		1,626	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,057	1,45
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,897	37,76

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,154	2,03
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,197	34,03

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

