



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,044
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,267
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,448
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,730
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,172
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,602

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,100	1,388
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,032	32,587

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L210229CD

