



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,044		0,008	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,267		0,522	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,448		0,841	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,730		1,202	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,172		1,540	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,602		1,732	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,100	1,388
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,032	32,587

Protilátky triedy IgG


Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,066	0,29
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,458	33,00

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril: 

BIOGEMA
 výrobné družstvo, Košice
 Garbiarska 2
 040 01 KOŠICE ☎
 tel.: 055/633 6753, 622 8131