



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,009		0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,207		0,304	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,393		0,625	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,693		1,026	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,090		1,455	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,584		1,794	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL -	< 10	0,131	3,85
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL +	30 - 60	0,997	43,09

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL -	< 18	0,223	4,73
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL +	30 - 60	1,379	43,93

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:

