






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- $\beta$ -LAKTOGLOBULÍN-A

Katalógové číslo	REF	E-260
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,120
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,660
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,502

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 10, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



T210229TD

