






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-470
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,054
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,624
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,618

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W210229UD

