



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	04 04 26
Dátum výroby		27.04.2026
Dátum expirácie		27.01.2027

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,244	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,463	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,788	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,248	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,781	

Protilátky triedy IgM


Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,102	2,51
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,913	30,79

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.04.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril: 


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131