

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Sarža	LOT	05 05 26
Dátum výroby		25.05.2026
Dátum expirácie		25.11.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,009
6,25 U.ml ⁻¹		0,200
12,5 U.ml ⁻¹		0,369
25 U.ml ⁻¹		0,712
50 U.ml ⁻¹		1,104
100 U.ml ⁻¹		1,516

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 14	0,207	6,51
pozitívna 	25 - 60	0,945	37,54

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D210609SE

