



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-351
Šarža	LOT	05 05 26
Dátum výroby		25.05.2026
Dátum expirácie		25.05.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,010
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,361
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,601
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,959
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,327
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,689

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 8	0,107	1,22
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,180	37,60

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a Zákona SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

T210609CE

