



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-G

| | | |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-352 |
| Šarža | LOT | 05 05 26 |
| Dátum výroby |  | 25.05.2026 |
| Dátum expirácie |  | 25.05.2027 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgG | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 1"/> | 0,011 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 2"/> | 0,806 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 3"/> | 1,124 |
| 25 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 4"/> | 1,423 |
| 50 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 5"/> | 1,650 |
| 100 U.ml ⁻¹ | <input type="text" value="CAL 6"/> | 1,816 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/> | < 12 | 0,444 | 1,94 |
| pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/> | 30 - 60 | 1,537 | 34,37 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a Zákona SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



R210609AE

