



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	REF	E-353
Šarža	LOT	05 05 26
Dátum výroby		25.05.2026
Dátum expirácie		25.05.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,179	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,355	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,620	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,056	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,590	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 12	0,110	3,93
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	0,965	44,00

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a Zákona SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



R210609RE

