

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-II-G

Katalógové číslo	REF	E-481
Šarža	LOT	05 05 26
Dátum výroby		25.05.2026
Dátum expirácie		25.02.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,069
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,674
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,553

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 28, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.05.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril: 


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 K O Š I C E
tel.: 055/633 6753, 622 8131