

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	06 06 26
Dátum výroby		23.06.2026
Dátum expirácie		23.03.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,025	0,006
5	U.ml ⁻¹ 	0,247	0,478
10	U.ml ⁻¹ 	0,435	0,789
20	U.ml ⁻¹ 	0,788	1,198
40	U.ml ⁻¹ 	1,188	1,557
80	U.ml ⁻¹ 	1,582	1,748

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,063	0,89
pozitívna 	20 - 50	0,964	26,97

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,057	0,29
pozitívna 	20 - 50	1,300	23,78

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

Preveril:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131