

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Sarža	LOT	07 07 26
Dátum výroby		21.07.2026
Dátum expirácie		21.04.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,011
6,25 U.ml ⁻¹		0,206
12,5 U.ml ⁻¹		0,413
25 U.ml ⁻¹		0,690
50 U.ml ⁻¹		1,144
100 U.ml ⁻¹		1,805

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,023	0,80
pozitívna 	20 - 50	0,798	30,57

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2026

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

0211226UG

