

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Sarža	LOT	07 07 26
Dátum výroby		21.07.2026
Dátum expirácie		21.04.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,023	
6,25	U.ml ⁻¹ 	0,143	
12,5	U.ml ⁻¹ 	0,256	
25	U.ml ⁻¹ 	0,476	
50	U.ml ⁻¹ 	0,823	
100	U.ml ⁻¹ 	1,352	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 10	0,068	2,55
pozitívna 	30 - 60	0,738	43,23

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly sarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

