

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Sarža	LOT	08 08 26
Dátum výroby		25.08.2026
Dátum expirácie		25.05.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,038
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,248
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,421
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,701
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,095
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,631

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky		Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	CONTROL-	< 9	0,054	0,67
pozitívna	CONTROL+	20 - 50	1,049	37,30

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.08.2026

Vedúci výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



L220405CH

