# BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk


# *OSVEDČENIE O SÚPRAVE*

## *ELISA-anti-MILK-II-G*

| | |
|---|---|
| **Katalógové číslo** REF | E-245 |
| **Šarža** LOT | 09 09 26 |
| **Dátum výroby** | 25.09.2026 |
| **Dátum exspirácie** | 25.06.2027 |

**Verzia návodu na použitie: 01/2024**

***Parametre výstupnej kontroly***

| **Štandardy** | | | **protilátky anti IgG** |
|---|---|---|---|
| | | | **Absorbancia pri 450 nm a 630 nm** |
| 0 | $U.ml^{-1}$ | CAL 1 | 0,007 |
| 6,25 | $U.ml^{-1}$ | CAL 2 | 0,248 |
| 12,5 | $U.ml^{-1}$ | CAL 3 | 0,423 |
| 25 | $U.ml^{-1}$ | CAL 4 | 0,689 |
| 50 | $U.ml^{-1}$ | CAL 5 | 1,037 |
| 100 | $U.ml^{-1}$ | CAL 6 | 1,332 |

***Protilátky triedy IgG***

| **Kontrolné vzorky** | **Deklarovaná hodnota $U.ml^{-1}$** | **Absorbancia pri 450 a 630 nm** | **Nameraná hodnota $U.ml^{-1}$** |
|---|---|---|---|
| negatívna CONTROL - | < 9 | 0,027 | 0,36 |
| pozitívna CONTROL + | 20 - 50 | 0,769 | 29,55 |

**ZÁVER:**
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2026

Vedúci výrobného oddelenia: Preveril:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O220714YI