BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo REF	E-243
Šarža LOT	01 10 26
Dátum výroby	20.10.2026
Dátum exspirácie	21.07.2027

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	**protilátky anti IgM**
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml^{-1} CAL 1	0,006
6,25 U.ml^{-1} CAL 2	0,213
12,5 U.ml^{-1} CAL 3	0,399
25 U.ml^{-1} CAL 4	0,706
50 U.ml^{-1} CAL 5	1,171
100 U.ml^{-1} CAL 6	1,650

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota U.ml^{-1}**	**Absorbancia pri 450 a 630 nm**	**Nameraná hodnota U.ml^{-1}**
negatívna CONTROL-	< 9	0,021	0,52
pozitívna CONTROL+	20 - 50	0,786	28,63

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.10.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril: