BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-II-G

Katalógové číslo REF	E-441
Šarža LOT	01 10 26
Dátum výroby	22.10.2026
Dátum exspirácie	22.04.2027

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	**Absorbancia 450 nm a 630 nm**	
	norma	**Nameraná**
kontrolná vzorka negatívna CONTROL-	do 0,500	0,148
kontrolná vzorka cut off (hraničná) CONTROL CO	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,703
kontrolná vzorka pozitívna CONTROL+	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,445

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 15, Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.10.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

N221022VK