BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo REF	E-245
Šarža LOT	01 11 26
Dátum výroby	20.11.2026
Dátum exspirácie	20.08.2027

Verzia návodu na použitie: 11/2026

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			**protilátky anti IgG**
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	$U.ml^{-1}$	CAL 1	0,005
6,25	$U.ml^{-1}$	CAL 2	0,310
12,5	$U.ml^{-1}$	CAL 3	0,511
25	$U.ml^{-1}$	CAL 4	0,792
50	$U.ml^{-1}$	CAL 5	1,133
100	$U.ml^{-1}$	CAL 6	1,422

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota $U.ml^{-1}$**	**Absorbancia pri 450 a 630 nm**	**Nameraná hodnota $U.ml^{-1}$**
negatívna CONTROL -	< 9	0,034	0,32
pozitívna CONTROL +	20 - 50	0,975	36,34

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.11.2026

Vedúci výrobného oddelenia: Preveril:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O230130YL