BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/62 281 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo REF	E-246
Šarža LOT	01 11 26
Dátum výroby	20.11.2026
Dátum exspirácie	20.08.2027

Verzia návodu na použitie: 11/2026

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		**protilátky anti IgA**	**protilátky anti IgG**
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml^{-1} CAL 1		0,006	0,005
6,25 U.ml^{-1} CAL 2		0,191	0,310
12,5 U.ml^{-1} CAL 3		0,388	0,511
25 U.ml^{-1} CAL 4		0,656	0,792
50 U.ml^{-1} CAL 5		1,054	1,133
100 U.ml^{-1} CAL 6		1,563	1,422

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota U.ml^{-1}**	**Absorbancia pri 450 nm a 630 nm**	**Nameraná hodnota U.ml^{-1}**
negatívna CONTROL-	< 9	0,009	0,37
pozitívna CONTROL+	20 - 50	0,867	37,26

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota U.ml^{-1}**	**Absorbancia pri 450 nm a 630 nm**	**Nameraná hodnota U.ml^{-1}**
negatívna CONTROL-	< 9	0,034	0,32
pozitívna CONTROL+	20 - 50	0,975	36,34

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.11.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril: