BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo REF	E-244
Šarža LOT	02 11 26
Dátum výroby	20.11.2026
Dátum exspirácie	20.08.2027

Verzia návodu na použitie: 11/2026

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			**protilátky anti IgA** **Absorbancia pri 450 nm a 630 nm**
0	U.ml^{-1}	CAL 1	0,006
6,25	U.ml^{-1}	CAL 2	0,207
12,5	U.ml^{-1}	CAL 3	0,365
25	U.ml^{-1}	CAL 4	0,624
50	U.ml^{-1}	CAL 5	1,071
100	U.ml^{-1}	CAL 6	1,567

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota U.ml^{-1}**	**Absorbancia pri 450 a 630 nm**	**Nameraná hodnota U.ml^{-1}**
negatívna CONTROL-	< 9	0,013	0,22
pozitívna CONTROL+	20 - 50	0,885	38,57

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.11.2026

Vedúci výrobného oddelenia:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

O230130UL