BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice ☎: 055/622 81 31 ☎/fax 055/622 57 19 e-mail: biogema4@biogema.sk

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo REF	E-245
Šarža LOT	02 11 26
Dátum výroby	20.11.2026
Dátum exspirácie	20.08.2027

Verzia návodu na použitie: 11/2026

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			**protilátky anti IgG**
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml^{-1}	CAL 1	0,006
6,25	U.ml^{-1}	CAL 2	0,276
12,5	U.ml^{-1}	CAL 3	0,497
25	U.ml^{-1}	CAL 4	0,732
50	U.ml^{-1}	CAL 5	1,074
100	U.ml^{-1}	CAL 6	1,426

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	**Deklarovaná hodnota U.ml^{-1}**	**Absorbancia pri 450 a 630 nm**	**Nameraná hodnota U.ml^{-1}**
negatívna CONTROL -	< 9	0,038	0,73
pozitívna CONTROL +	20 - 50	0,855	32,95

ZÁVER:
Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a Zákonu SR č. 56/2018 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.11.2026

Vedúci výrobného oddelenia: Preveril:

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O230130YL