

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- β -LAKTOGLOBULÍN-A

Katalógové číslo	E - 260
Šarža	02 02 20
Dátum výroby	24.02.2020
Dátum expirácie	24.11.2020

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,228
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,699
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,565

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 10, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131