

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	E - 232
Šarža	02 02 20
Dátum výroby	24.02.2020
Dátum expirácie	24.02.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,008
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,293
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,515
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,844
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,194
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,768

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,125	1,80
pozitívna	31 ± 6	1,09	33,17

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE SK  
tel.: 055/633 6753, 622 8131