

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	E – 348
Šarža	05 05 20
Dátum výroby	27.05.2020
Dátum expirácie	27.02.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,009	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,204	0,300
12,5 U.ml ⁻¹	0,363	0,530
25 U.ml ⁻¹	0,677	0,932
50 U.ml ⁻¹	1,157	1,397
100 U.ml ⁻¹	1,690	1,847

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 10	0,080	1,96
pozitívna	52 ± 10	1,153	49,78

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 18	0,176	3,22
pozitívna	53 ± 10	1,414	51,37

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 20, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.5.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131