

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	E - 352
Šarža	04 04 21
Dátum výroby	26.04.2021
Dátum expirácie	26.04.2022

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,009
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,489
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,683
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,882
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,046
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,135

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,490	6,272
pozitívna	37 ± 7	0,986	37,508

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.4.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131