

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	E - 232
Šarža	04 04 21
Dátum výroby	26.04.2021
Dátum expirácie	26.04.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
5 U.ml ⁻¹	0,292
10 U.ml ⁻¹	0,520
20 U.ml ⁻¹	0,818
40 U.ml ⁻¹	1,308
80 U.ml ⁻¹	1,716

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,332	5,79
pozitívna	34 ± 7	1,238	36,43

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.4.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE SK
tel.: 055/633 6753, 622 8131